

# Mietbedingungen

## Laerdal Rescuscii Baby QCPR Airway

Freudenstadt, 01.03.2022

1. Der Mieter prüft den Mietgegenstand direkt nach Erhalt auf Funktion, Sauberkeit und Beschädigungen. Etwaige Mängel sind dem Vermieter vor dem ersten Einsatz per Telefon zu melden.
2. Der Mieter verpflichtet sich, vor dem ersten Einsatz die Bedienungsanleitung zu lesen.
3. Der Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass das Phantom sorgsam behandelt wird.
4. Der Mieter haftet für alle Beschädigungen am Reanimationsphantom, die nicht durch Abnutzung zu erklären und während seiner Mietzeit entstanden sind - auch durch das von ihm beauftragte Personal, Schulungsteilnehmer oder Dritte. Beschädigungen sind dem Vermieter umgehend anzuzeigen.
5. Eine Untervermietung, Überlassung oder sonstige Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.
6. Der Mieter verpflichtet sich, das Reanimationsphantom nur zweckgerecht einzusetzen.
7. Verwendungszweck ist das Trainieren von Maßnahmen des Basic und Advanced Life Support inklusive der Intubation (SGA / endotracheal).
8. Die Perforation der Brustwand, z.B. zum Trainieren der Entlastungspunktion oder Thoraxdrainage ist ausdrücklich untersagt, sowie das Schminken, Bemalen, o.ä.
9. Eine Venenpunktion ist nicht möglich.
10. Die Anlage einer mechanischen Reanimationshilfe ist untersagt.
11. Die mitgelieferte Kleidung darf nicht zerrissen oder zerschnitten werden.
12. Die intraossäre Punktion erfolgt bei entsprechender Buchung an der rechten Tibia.
13. Mit dem Schocklink-System (optional buchbar) können EKG-Rhythmen eingespielt werden. Sie können ihren eigenen AED / Defibrillator nutzen. Kompatibel sind folgende Geräte:

Philips	-	MRx / FRx / FR2 / FR3
Corpuls	-	corpuls <sup>1</sup> / corpuls <sup>3</sup>
Zoll	-	Xseries / AED Pro / AED Plus / Propaq Series / Propaq MD Series
Lifepak	-	10 / 12 / 15 / 20 / 500 / 1000 / CR Plus
Mindray	-	BeneHeart C-Serie / D1 Pro / D3 Platinum / D6 Platinum
Schiller	-	Touch 7 / FRED PA-1 / FRED easyport / FRED easyport plus / ARGUS PRO / Life Care 2
14. Nutzen Sie ausschließlich Übungs-Defibrillationselektroden. Entfernen Sie Kleberückstände mit dem mitgelieferten Spray und Mikrofasertuch.
15. Reinigen Sie die Puppe täglich nebelfeucht mit einer milden Seifenlösung („Spülwasser“)

Kurzunterweisung und Bedienungsanleitung:  
<https://my.hidrive.com/share/f427r.wpdb>

